

EZ/541/24

Wrocław 12.04.2024 r.

Dotyczy: konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych pn: **udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów DCOPIH we Wrocławiu na okres 24 miesięcy, według bieżących potrzeb Udzielającego zamówienia.**

Uczestnicy postępowania

## Informacja dla Wykonawców nr 5

Udzielający zamówienia tj. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii udziela odpowiedzi na zadane pytania do SWKO:

**Pytanie 1.** Dotyczące umowy:

par. 3 pkt. 11. Synevo Sp. z o.o. nie może podjąć zobowiązania za wszystkich swoich „pracowników” wymienionych w pkt 11., którzy mogą działać niezależnie jako osoby prywatne – proszę o doprecyzowanie zapisu.  
**Odp: Udzielający Zamówienia wyjaśnia, że zapis we wzorze umowy wynika z wewnętrznych regulacji DCOPIH i jest zamieszczany standardowo we wszystkich umowach.**

**Pytanie 2.** Dotyczące umowy:

par. 3 pkt. 12. Generuje ryzyko nałożenia na Synevo sp. z o.o. zobowiązania, że nie zareagujemy na nieprawidłowości w DCO zgodnie z prawem, gdyż nasza reakcja może doprowadzić do nałożenia na DCO kary/sankcji – proszę o doprecyzowanie zapisu

**Odp: Udzielający Zamówienia wyjaśnia, że zapis we wzorze umowy wynika z wewnętrznych regulacji DCOPIH i jest zamieszczany standardowo we wszystkich umowach.**

**Pytanie 3.** Dotyczące załącznika – „Załącznik nr 1 Organizacyjno – cenowy Po zmianie”:

poz. 67. „Hemoglobina glikowana met. HPLC” prosimy o dopuszczenie możliwości wykonania badania, metodą immunoturbidymetryczną.

**Odp: Udzielający Zamówienia nie dopuści możliwości wykonywania badania hemoglobiny glikowanej inną metodą niż HPLC.**

**Pytanie 4.** Dotyczące załącznika – „Załącznik nr 1 Organizacyjno – cenowy Po zmianie”:

poz. 78. „IgE sp. rEqu c 1, koń, met. ImmunoCAP” proszę o doprecyzowanie jakiego rodzaju alergen zamawiający ma na myśli?

**Odp:** Udzielający zamówienia doprecyzowuje: rEqu c1 to lipokaina wytwarzana min. w gruczołach ślinowych konia, główny alergen konia, wywołujący immunologiczną nadwrażliwość u około 80% osób uczulonych.

**Pytanie 5.** Dotyczące załącznika – „Załącznik nr 1 Organizacyjno – cenowy Po zmianie”:

Proszę o poprawienie błędu zamawiającego, polegającego na wykazaniu w arkuszu excel, ilości badań niezaokrąglonych do pełnych cyfr, przykład:

w badaniu Aldolaza (lp.4) po kliknięciu na cyfrę „5” w kolumnie (orientacyjna liczba badań) prawdziwa liczba badań, która kryje się pod zaokrągloną cyfrą 5 to tak naprawdę 4,8.

Przygotowanie oferty w dokumencie elektronicznym, przekazany przez zamawiającego powoduje, że w wyniku mnożenia niezaokrąglonej ilości badań oraz ceny jednostkowej, otrzymujemy wartość inną niż z arkusza wydrukowanego uzupełnionego ręcznie, co jest podstawą do unieważnienia postępowania konkursowego.

**Odp:** Udzielający Zamówienia wyjaśnia – błąd programu. Plik został w innym programie ( są już liczby całkowite). Zmieniony załącznik zostanie opublikowany.

ZASTĘPCA DYREKTORA (3)  
ds. ROZWOJU  
Dolnośląskiego Centrum Onkologii  
Pulmonologii i Hematologii  
*dr Paweł Zawadzki*