

EZ/ 833 /24

Wrocław, 14.06.2024r.

Odpowiedzi na pytania – nr 3

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert na:
udzielanie przez Przyjmującego Zamówienie świadczeń zdrowotnych w postaci wykonywania badań rezonansu magnetycznego miednicy z oceną gruczołu krokowego (prostaty) w projekcie: PRostate cancer Awareness and Initiatives for Screening in the European Union, o akronimie: PRAISE-U.

W związku z wpłynięciem następujących pytań do SWKO w konkursie ofert Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, działając w myśl przepisów ustawy o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 991, 1675, 1972.) odpowiada:

1. Dotyczy wzoru Umowy na badania MR §1 ust. 3

Przyjmujący Zamówienie prosi o wykreślenie ostatniego zdania w **§1 ust. 3** Umowy: **„Badania z opisem: opis na wzorze formularza dostarczonym przez Zamawiającego”.**

Odp. Wykreślenie pierwszego punktu możliwe pod warunkiem zamieszczenia w opisie informacji wg wzoru opisu - patrz załącznik

2. Dotyczy wzoru Umowy na badania MR §1 ust. 4

Przyjmujący Zamówienie prosi o usunięcie z Umowy zapisów zawartych w **§1 ust. 4** w całości.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

3. Dotyczy wzoru Umowy na badania MR §4 ust. 2

Przyjmujący Zamówienie prosi o modyfikację zapisu w **§4 ust. 2** na zapis: **„Przyjmujący Zamówienie wykonuje badania wyłącznie na podstawie skierowania lekarskiego wystawionego przez lekarza Udzielającego Zamówienia zawierającego informacje niezbędne do przeprowadzenia badania”.**

Odp. Zgoda, pod warunkiem, że skierowanie wystawione przez lekarza zawierające niezbędne dane do wykonania badania może być dostarczone w formie elektronicznej. Proponuję modyfikację zapisu na: „Przyjmujący Zamówienie wykonuje badania wyłącznie na podstawie skierowania lekarskiego wystawionego przez lekarza Udzielającego Zamówienia zawierającego informacje niezbędne do przeprowadzenia badania. Skierowanie może być dostarczone do ośrodka wykonującego badanie MRI w formie elektronicznej”.

4. Dotyczy wzoru Umowy na badania MR §6 ust. 2 pkt. 2)

Przyjmujący Zamówienie prosi o rozszerzenie zapisów w **§6 ust. 2 pkt. 2)** Umowy poprzez dodanie: przestrzegania przy wykonywaniu niniejszej umowy zasad wynikających z **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE**, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.

Odp. Udzielający zamówienia wyraża zgodę na rozszerzenie zapisów w § 6 ust. 2 pkt 2 umowy i modyfikuje je zgodnie z propozycją powyżej, tj.

„przestrzegania przy wykonywaniu niniejszej umowy zasad wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia



dyrektywy 95/46/WE, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.

5. Dotyczy wzoru Umowy na badania MR §13 ust. 1

Przyjmujący Zamówienie prosi o zmianę okresu zobowiązania do zachowania tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych, po ustaniu Umowy z 3 na **2 lata**.

odp. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na skrócenie okresu do zachowania tajemnicy.

6. Dotyczy wzoru Umowy na badania MR §13

Przyjmujący Zamówienie prosi o dodanie do §13 nowego ustępu 4 o treści: **„Odpowiedzialność Przyjmującego Zamówienie z tytułu ewentualnego naruszenia § 13 ust. 1 – 3 niniejszej umowy jest ograniczona do wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)”**.

Odp. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na ograniczenie odpowiedzialności Przyjmującego zamówienie i nie wyraża zgody na dodanie ust. 4

7. Dotyczy wzoru Umowy na badania MR §14

Przyjmujący Zamówienie prosi o potwierdzenie czy w ramach umowy przetwarzane są jedynie dane pracowników/przedstawicieli, czyli osób wyznaczonych do kontaktu/realizacji umowy?

Odp. Tak, potwierdza.

8. Dotyczy wzoru Umowy na badania MR §15 ust. 1 d)

Przyjmujący Zamówienie prosi o usunięcie zapisów w §15 ust. 1 d) w całości.

Uzasadnienie: Martwy zapis z uwagi na brak wymiaru kary.

odp. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na usunięcie zapisu w § 15 ust. 1 lit. d.

Udzielający zamówienia modyfikuje powyższy punkt i nadaje mu brzmienie:

„d. odmówi poddania się kontroli o, której mowa w §9 umowy; w takim przypadku kara umowna nałożona na Przyjmującego Zamówienie wyniesie 5.000 zł za każdą odmowę”

9. Dotyczy wzoru Umowy na badania MR §15 ust. 1 g)

Przyjmujący Zamówienie prosi o usunięcie zapisów w §15 ust. 1 g) w całości.

Uzasadnienie: Pojęcie „**aktualnej wiedzy medycznej**” jest bardzo rozległe i może budzić dużo wątpliwości.

Odp. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na usunięcie zapisu w § 15 ust. 1 lit. g. Pojęcie „aktualnej wiedzy medycznej” jest pojęciem powszechnie zrozumiałym i ogólnie stosowanym.

10. Dotyczy wzoru Umowy na badania MR §15 ust. 1 j)

Przyjmujący Zamówienie prosi o usunięcie zapisów w §15 ust. 1 j) w całości.

**odp. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na usunięcie zapisu w § 15 ust. 1 lit. j..**

11. Dotyczy wzoru Umowy na badania MR §15 ust. 7

Przyjmujący Zamówienie prosi o usunięcie zapisów w **§15 ust. 7** w całości.

odp. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na usunięcie zapisu w § 15 ust. 7.

12. Czy usługi medyczne (badania RM) realizowane w ramach tej umowy służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, czy są to usługi realizowane w ramach badań klinicznych, jaką stawkę Vat powinniśmy zastosować?

Odp. Badania ze stawką ZW (zwolnione z VAT).

13. Niniejszym w związku z ogłoszonym Konkursem Ofert PRAISE' U informujemy o możliwej niezgodności wymogów określonych Szczegółowymi Warunkami Konkursu OFERT PRAISE' U w zakresie przedmiotu zamówienia, w zestawieniu z protokołem badania:

- (1) W ramach zapisów Szczegółowych Warunkach Konkursu SWKO – po zmianach z dn. 11.06.2024r. – dalej również SZWK – (zapis § 3 punkt 6, podpunkt 2) określono, że badanie biparametryczne **(bez kontrastu)** ma zawierać następujące sekwencje....”
- (2) Z kolei w ramach Protokołu wykonania badania PI-RADS 2.1- tabela w załączniku, zlecający wymienia do wykonania sekwencje przed i pokontrastowe (Dynamic contrast – enhanced).

Wnosimy o jednoznaczną informację dotyczącą czy badania mają być wykonywane z podaniem środka kontrastowego czy bez jego użycia.

Odp. Badania mają być wykonane bez kontrastu zgodnie z opisanymi w SWKO sekwencjami, patrz SWKO par. 6, pkt 3 - wymogi dotyczące badania.

ZASTĘPCA DYREKTORA (4)
ds. LECZNICTWA
Dolnośląskiego Centrum Onkologii,
Pulmonologii i Hematologii
dr n. med. Ireneusz Pawlak

Specjalista
ds. Zamówień Publicznych

Tomasz Sułkowski

